

CALIBRATION
校正証明書
CERTIFICATE

見本

Calibration date 校正日

測定器名 型番 Equipment, Model & Type	Food c食品汚染モニタ一r monitor PM1406		製造メーカー Manufacturer	Polimaster Ltd
			担当者 Responsible	
環境条件 Environment Conditions	Tem気温 perature		Relative 湿度 Humidity	Atmosph 空気圧 Pressure
	20 °C		71 %	99 kPa
シリアル番号 Serial number	体積線源 VA, Bq/kg	M測定値 value VA, Bq/kg	Tol誤差 ce, %	備考 Remarks
	100			With鉛容器使用 d
	1000			With鉛容器使用 d
	1000			With鉛容器不 使用 d
Spec特記事項 Conditions				
The measurement was made using 2 samples with volumetric activity (VA) of ^{137}Cs 95% of the nominal value of 100 Bq/l and 1000 Bq/l. The relative error of the volumetric activity of both samples is 5% with confidence probability 95%.				

Head of Quality Management Department 品質管理部長

Location 校正場所
Polimaster Ltd. Metrology
Lab.
51 F. Skorina St., Minsk
220141
Belarus


Polimaster Ltd
QS