

**Polimaster Ltd.****Head Office:**

112, M. Bogdanovich str., Minsk, 220040

Phone: + 375 17 217 7080

Fax: + 375 17 217 7081

Manufacturing:

51, F. Skorina str., Minsk, 220141

Republic of Belarus

Phone: + 375 17 268 6819

Fax: + 375 17 260 2356

www.polimaster.com

E-mail: polimaster@polimaster.com

見本

CALIBRATION CERTIFICATE
校正証明書
Personal 放射線測定器 Detector PM1703MA
測定器のシリアル番号:

ガンマ線に対する感度

線量率, $\mu\text{Sv/h}$	^{137}Cs	線量率, $\mu\text{Sv/h}$	^{241}Am
8,0	$\text{s}^{-1}/(\mu\text{Sv/h})$	8,0	$\text{s}^{-1}/(\mu\text{Sv/h})$

Dose Equivalent Rate (DER)

線量率	背景放射線量 $\mu\text{Sv/h}$	3 $\mu\text{Sv/h}$	30 $\mu\text{Sv/h}$	70 $\mu\text{Sv/h}$
公差, %	-			
平均線量率	0,1			
相対誤差[%]	-			
信頼限界	-			

※校正方法の具体的な計算方法・手順については、取扱説明書またはWebサイトに記載しております。

The instrument is within the tolerance limits and has passed the quality control.

Head of Quality Management Department: 品質管理部長 Department: 校正実施日

