



Polimaster Ltd.

Head Office:

112, M. Bogdanovich str., Minsk, 220040

Phone: + 375 17 217 7080

Fax: + 375 17 217 7081

Manufacturing:

51, F. Skorina str., Minsk, 220141

Republic of Belarus

Phone: + 375 17 268 6819

Fax: + 375 17 260 2356

www.polimaster.com

E-mail: polimaster@polimaster.com

見本

CALIBRATION 校正証明書 CERTIFICATE

Personal Combined 複合放射線測定器 Detector/Dosimeter PM1703MO-1A

測定器のシリアル番号: _____

ガンマ線に対する感度

線量率 $\mu\text{Sv/h}$	^{137}Cs	線量率 $\mu\text{Sv/h}$	^{241}Am
8,0	cps/($\mu\text{Sv/h}$)	8,0	cps/($\mu\text{Sv/h}$)

Dose Eq 線量率 nt Rate (DER)

線量率	背景放射線量 $\mu\text{Sv/h}$	0,8 $\mu\text{Sv/h}$	8 $\mu\text{Sv/h}$	800 mSv/h	8000 mSv/h
Total 偏差, %	-	$\pm 23,13$	$\pm 20,31$	$\pm 21,6$	$\pm 36,0$
平均線量率					
相対誤差[%]	-				
信頼限界	-				

※校正方法の具体的な計算方法・手順については、取扱説明書またはWebサイトに記載しております。

The instrument この放射線測定器は偏差の範囲内であり、品質検査に合格しました。 Under quality control.

Head of Quality Control Department: 品質管理部長

Date of Calibration: 校正実施日

