Polimaster Ltd.
Head Office:
112, M. Bogdanovich str., Minsk, 220040
Phone: + 375 17 217 7080
Fax: + 375 17 217 7081
Manufacturing:
51, F. Skorina str., Minsk, 220141
Republic of Belarus
Phone: + 375 17 268 6819
Fax: + 375 17 260 2356
www.polimaster.com
E-mail: polimaster@polimaster.com

見本

校正証明書

複合放射線測定器 PM1703MO-1B

シリアル番号:

ガンマ線に対する感度

線量率, μSv/h	^{137}Cs	線量率, μSv/h	^{241}Am
8,0	s^{-1}/(μSv/h)	3,0	s^{-1}/(μSv/h)

線量率 **(DER)**

線量率	背景放射線量 μSv/h	0,8 μSv/h	8 μSv/h	800 mSv/h	8000 mSv/h
偏差,%	-	± 23,13	± 20,31	± 21,6	± 36,0
平均線量率					
相対誤差[%]	-				
信頼限界	-				

※校正方法の具体的な計算方法･手順については、取扱説明書またはWEBサイトに記載しております。

この放射線測定器は偏差の範囲内であり、品質検査に合格しました。

品質管理部長: Polimaster Ltd QS 校正実施日: