

# 放射能の測定結果

## 1. 測定試料

測定日時	2023/04/21 14:45:50
番号	1
容器	Marinelli, 1l
測定時間(秒)	180
重さ(g)	1000
メモ	• Calibration Cs137

## 2. 測定条件


測定器	Nal(Tl) 63x63mm (SN:20885)
型番/シリアル	AT1320C / 20885
チャンネル数	512

## 3. 結果

核種	放射能	絶対誤差	統計誤差	検出下限値	単位
Cs-137	4140	±830	1.5%	13.2	Bq/kg
Cs-134	0	±8.83	>100%	12.2	Bq/kg
K-40	39.0	±87.1	>100%	149	Bq/kg

測定値と誤差計算における信頼水準：P=0.95

## 4. スペクトル



測定者： \_\_\_\_\_